

ヘモグロビン A1c 検査機器の精度管理結果報告

開院して半年が経過したので 4 月に、糖尿病の検査項目であるヘモグロビン A1c (HbA1c) の測定機器がきちんと測定できているか (精度管理) を確認しました。その結果が出たので報告したいと思います。

結果は・・・


	1	2	3	平均
試料 A	5.4	5.5	5.5	5.47
試料 B	10.8	10.8	10.8	10.80



統計では・・・

	平均
試料 A	5.46
試料 B	10.77

全参加施設 ツインプロット



当院はここになります。

当院で使用しているヘモグロビン A1c の測定機器はきちんと測定出来ていると確認出来ました。