

しみずクリニックふさ 御中

埼玉県

ご使用機種	ROM	機器登録番号	Total count	GOD Activity
GA1152	1.02	11206002	735	3210

貴施設	1	2	3	平均
試料1	124	126	126	<b>125.3</b>
試料2	308	306	304	<b>306.0</b>

この度は、弊社主催のARKRAY-QCS 血糖部門にご参加下さいまして、ご報告いただきました全施設の測定データを集計いたしました。また、ツインプロット上に貴施設の報告値を示しました。今後の精度管理を行っていただく上で、ご参考にしていただけましたら幸いです。

血糖測定値の全施設中のクリニックの位置です

全参加施設 ツインプロット

